EN

POLIHOT Heat-curing acrylic resin for full and partial dentures

General description: Denture base polymer material Polihot is intended for the fabrication of full and partial dentures by using the packing/pressing technique and the classical heat curing. It is suitable for edentulous/partial edentulous patients who need to restore functions of missing teeth (mastication, phonetics) and also to provide an aesthetic appearance of the patient.
The material is supplied in the form of liquid and powder that shall be always used together by the dental health care professional (dental technician).

Material characteristic	Specification	Method according to
Flexural strength	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Flexural modulus	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorption	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Solubility	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Residual monomer	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Variants: Available in various colours and quantities. Consult your distributor.
Indication: Edentulism, partial edentulism

Composition: Powder: PMMA based powder, benzoyl peroxide, pigments
Liquid: Methyl methacrylate, dimethacrylate

Contraindications:
Do not use it in the case of known allergy/hypersensitivity to acrylates or any other component. Safety data sheet available on the web page.
In the case that any serious incident has occurred in relation to the device, it should be reported to the manufacturer (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) and the competent authority of the Member State, where the user is established.

DIRECTIONS FOR USE
Do not use Polihot for direct relining of denture base. Visually inspect the liquid. If you notice any sediment or gel do not use it. Discard it in accordance with local legislation.
We recommend temperature conditioning of the liquid and powder components at the room temperature before use.
- **Preparation:** After completely eliminating the wax from the flask, coat the plaster model surface with an isolating fluid and thoroughly dry. To ensure a tight bonding between acrylic teeth and denture base plate, apply the Polihot liquid on the roughened acrylic teeth. Mechanical retention is recommended and is essential when bonding teeth made of ceramic, composites, or other materials. We recommend the use of Polident teeth Ref-Line, Primodent or Cross Linked 2.
- **Mixing and packing/pressing:** The recommended mixing ratio is (2 g powder to 10 g liquid (volume ratio is 30 ml powder to 11 ml liquid). Place the liquid into a mixing jar and gradually add the powder. Thoroughly mix the mass and put aside in a covered mixing jar for approx. 2,5 minutes at room temperature (approx. of 22°C). After that, knead the mixture well and pack it into the cold flask. Place the flask into the press. **WARNING:** The mixture has to be packed into the flask within 7 minutes after the first contact of the liquid and the powder, otherwise, the mixture will be too hard to press. The setting time, as well as the working time, are subject to the room temperature and to the temperature of the liquid and the powder before mixing.
- **Polymerisation: Immerse the flask in its clamp in cold water, heat the water to 100°C and polymerise for 35 – 45 minutes.**
- **Cooling:** Allow the flask to cool to room temperature.
- **Trimming:** Once the flask is completely cool, open the flask and remove the plaster. The denture is trimmed and polished according to common dental laboratory procedures.
- **Repairs:** The use of the cold curing material Policold is recommended, the colours of which match the acrylate for the fabrication of prosthesis by using the heat curing (Polihot).

NOTE! Dental restorations made of acrylics always contain a small proportion of residual monomer. The residual monomer content is below 2,2% if the polymerisation is performed according to the instructions for use. For further free monomer reduction, it is recommended to store a restoration in water for at least 24 hours. If this step is not possible, advise the patient to place the appliance in water whenever it is not being worn.
Not following the instructions may cause residual monomer levels above safety limit, poor physical properties, or biofilm formation due to inadequate surface quality.

Information to be provided to the dentist:
In accordance with standard dental medicine practices, dentist must clean medical device before inserting it into the oral cavity. The dentist must provide the patient with instructions for adequate cleaning of the medical device and follow up the patient at regular appointments to assess the condition of the medical device. We recommend cleaning with soft brush and non-abrasive toothpaste.
Non-compliance with these instructions may result in increased biofilm formation or discoloration of the denture base material.

Storage: Store the liquid at temperatures up to 25 °C, keep protected from sunlight. Store powder at temperature up to 30°C, keep protected from sunlight, keep dry.

General warnings for the dental technician: Do not use material after expiry date. Expiry date is printed on the packaging. Keep out of reach of children. Keep the liquid and powder in the original packaging only. Do not use if the primary packaging is damaged. Avoid direct contact between skin and uncured material as well as inhalation of the vapours. It is necessary to wear protective gloves when handling the uncured material. Close containers immediately after use. Ensure efficient ventilation of the workspace. Ensure sufficient extraction of the particles from the workplace during the finishing steps (trimming, grinding, polishing). Wear suitable personal protective equipment (PPE) during all procedures. If no technical protective measures are taken, irritation of the eyes, skin and respiratory organs may occur during the handling with uncured material and finishing procedures. Consult the Safety Data Sheet (SDS) for proper personal protective equipment (available on the website https://www.polident.si/). Do not store the powder at temperatures above 50°C for long period of time.

Warnings for liquid component: Liquid is highly flammable. Irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitization by skin contact (allergic skin reaction). Keep away from heat, sparks, open flame and other sources of ignition. Do not smoke. Avoid breathing vapours. Bottles must be tightly closed and stored in well-ventilated place. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Do not empty into drains. Take precautionary measures against static discharges.

Disposal: Do not empty unused product in drainage systems! The product must not be disposed of with municipal waste. Dispose in accordance with the local and/ or national regulations.

BG

POLIHOT Топлинно полимеризираща пластмаса за пълни и частични протези

Общо описание: Полимерният материал за протезна основа Polihot е предназначен за изработване на цели и частични протези чрез техниката на опаковане/пресоване и класическа термична полимеризация. Подходящ е за обеззъбени/частично обеззъбени пациенти, при които трябва да се възстановят функциите на лицевата част (дъвчене, фонетика) и/или и да се осигури естетичен вид на пациента.
Материалът се доставя под формата на течност и прах, които винаги трябва да се използват заедно от специалист в областта на дентално медицина (зъботехник).

Характеристики на материала	Спецификация	Метод съгласно
Якост на огъване	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Модул на еластичност	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Сорбция	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Разтворимост	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Остатъчен мономер	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Варианти: Предлага се в различни цветове и количества. Консултирайте се с Вашия дистрибутор.
Показания: Обеззъбяване, частично обеззъбяване

Състав: Прах: Прах на основата на PMMA, бензоил пероксид, пигменти
Течност: Метилметакрилат, диметакрилат

Противопоказания:
Не го използвайте в случай на известна алергия/свръхчувствителност към акрилати или друга съставка. Информационен лист за безопасност е наличен на уеб страницата.
В случай на сериозен инцидент във връзка с изделието,то,то трябва да се докладва на производителя (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Не използвайте Polihot за директно ребазиране на основата на протезата.
Визуално проверете течността. Ако забележите наличие утайка или гел, не го използвайте. Изхвърлете го в съответствие с местното законодателство.
Препоръчваме темпериране на течните и прахообразните съставки при стайна температура преди употреба.
- **Подготовка:** След пълното отстраняване на восъка от кюветата, повърхността на гипсов модел да бъде покрита с изолиращ разтвор и добре подсушена. За да осигурите стабилно фиксиране към базис-платата на протезата, внесете течност Polihot върху нагрубените акрилни зъби. Механичното задържане се препоръчва и е от съществено значение при залепване на зъби, изработени от керамика, композитни материали или други материали. Препоръчваме използването на зъби Polident Ref-Line, Primodent или Cross Linked 2.
- **Смесване и опаковане/пресоване:** Препоръчваното съотношение на смесване е 22 g прах към 10 g течност (30 ml прах към 11 ml течност). Налийте от течността в съд за смесване и постепенно добавете праха. Смесете праха да се смеси старателно и след това да се остави настрана в покрит съд за смесване за приблизително 2,5 минути при стайна температура (приблизително 22 °C). След това размесете добре тестоподобната смес и я опаковайте в кюветата. Нагрея поставете кюветата в пресата. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сместа трябва да се опакова в кюветата в рамките на 7 минути след първия контакт на течността и праха; в противен случай сместа ще бъде прекалено твърда, за да се пресова. Времето за втвърдяване, както и времето за работа, зависят от стайната температура и от температурата на течността и праха преди смесване.
- **Полимеризация: Потопете кюветата с нейния държач в студена вода, загрейте водата до 100 °C и полимеризирайте за 35 – 45 минути.**
- **Охлаждане:** Оставете кюветата да се охлади до стайна температура.
- **Освобождаване на протезата:** След като изстине напълно, отворете кюветата и отстранете гипса. Протезата се изрязва и полира съгласно обичайните процедури в зъботехническите лаборатории.
- **Ремонти:** препоръчва се използването на студеновтвърдяващия материал Policold. Цветът може да бъде съчетан с акрилата за изработване на протезата чрез термична полимеризация (Polihot).

ЗАБЕЛЕЖКА! Зъбните възстановявания, направени от акрил, винаги съдържат малка част от остатъчния мономер. Остатъчното съдържание на мономер е под 2,2%, ако полимеризацията се извършва съгласно инструкциите за употреба. За по-нататъшно намаляване на свободния мономер се препоръчва възстановяването да се съхранява във вода поне 24 часа. Ако тази стъпка не е възможна, посъветвайте пациента да поставя конструкцията вва вода винаги, когато не е носи.
Неспазването на инструкциите може да доведе до остатъчни нива на мономер над безопасната граница, лошите физични свойства или образуване на биофилм поради неадекватно качество на повърхността.

Информация, която трябва да бъде предоставена на стоматолога:
Съгласно стандартната практика в дентално медицината, стоматологът трябва да почисти медицинското изделие, преди да го поставя в устната кухина. Стоматологът трябва да даде на пациента инструкции за правилното почистване на медицинското изделие и да насрочи редовни контролни прегледи на пациента за проверка на състоянието на медицинското изделие. Препоръчваме да се почиства с мека четка и неабразивна паста за зъби.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до повишено образуване на биофилм или обезцветяване на материала на основата на протезата.

Съхранение: Съхранявайте течността при температура до 25 °C и не я излагайте на слънчева светлина. Съхранявайте праха при температури до 30 °C и не го излагайте на слънчева светлина и влага.

Общи предупреждения за зъботехника: Да не се използва материал след изтичане на срока на годност. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхраняват течността и праха само в оригиналната им опаковка. Да не се използва, ако първичната опаковка е повредена. Избягвайте директен контакт между кожата и неотвердения материал и вдишването на парите. Необходимо е да извадите ръцете си след работа с неотвърдения материал. Затваряйте контейнерите веднага след употреба. Осигурете ефективна вентилация на работното място. Осигурете достатъчно извличане на частици от работното място по време на довършителните операции (изрязване, полиране). Носете подходящи лични предпазни средства (ЛПС) по време на всички процедури. Ако не се вземат технически ребазиращи мерки, при работа с неполимеризиран материал и при довършителни процедури може да възникне дразнение на очите, кожата и дихателните органи. Конултирайте се с Информационния лист за безопасност (ИЛБ) за подходящи лични предпазни средства (наличен на уебсайта https://www.polident.si/). Да не се съхранява прахът при температури над 50°C за продължителен период от време.

Предупреждения за течния компонент: Течността е силно запалима. Дразни очите, дихателната система и кожата. Може да предизвика сенсибилизация при контакт с кожата (алергична кожна реакция). Да се пази далеч от топлина, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши. Избягвайте вдишването на пари. Бутилките трябва да бъдат плътно затворени и съхранявани на добре проветрявано място. Да не допуска контакт с очите, кожата или облеклото. Носете подходящи ръкавици/предпазни очила. Незабавно свалете всяко замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода или вземете душ. Да не се излива в канализацията. Вземете предпазни мерки срещу електростатични разряди.

Изхвърляне: Да не се излива неизползван продукт в канализационните системи! Продуктът не трябва да се изхвърля с битови отпадъци. Изхвърлянето в съответствие с местните и/или националните разпоредби.

CS

POLIHOT Akrylátová pryskyřice vytvrzovaná teplem pro plné a částečné zubní náhrady

Obecný popis: Polymerní materiál pro bázi zubní náhrady Polihot je určen pro výrobu plných i částečných náhrad pomocí techniky plnění/stlačení a klasického tepelného vytvrzování. Je vhodný pro bezzubé / částečně bezzubé pacienty s potřebou obnovy funkce chybějících zubů (kousání, fonetika) a poskytuje jim také estetický vzhled.
Materiál se dodává ve formě tekutiny a prášku, které se musí používat společně, a to zubním lékařem (zubním laborantem).

Vlastnosti materiálu	Specifikace	Metoda podle
Pevnost v ohybu	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Modul v ohybu	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpce	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpustnost	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Reziduální monomer	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Varianty: Dostupné v různých barvách a množstvích. Konzultujte se svým distributorem.
Indikace: Edentulismus, částečný edentulismus

Složení:
Prášek: Prášek na bázi PMMA, benzoylperoxid, pigmenty
Tekutina: Methylmethakrylát, dimethakrylát

Kontraindikace:
Nepoužívejte v případě známé alergie/hypersenzitivity na akryláty nebo jiné složky. Bezpečnostní list je k dispozici na webové stránce.
Závažnou událost, která se vyskytne v souvislosti s prostředkem, je potřeba hlásit výrobci (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel usídlen.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nepoužívejte Polihot pro přímé vyrovnání báze zubní náhrady. Vizuálně zkontrolujte tekutinu. Pokud si všimnete jakékoliv sedimentu nebo gelu, nepoužívejte ji. Zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.
Před použitím doporučujeme vytemperovat tekutinu i prášek na pokojovou teplotu.
- **Příprava:** Po úplném odstranění vosku z formy pokryjte povrch sádrového modelu izolační tekutinou a nechte zcela zaschnout. Pro zajištění pevné vazby mezi zuby a plochou báze náhrady naneste tekutinu Polihot na zdrsněné akrylátové zuby. . Mechanická retence se doporučuje a je nezbytná při spojování zubů vyrobených z keramiky, kompozitů nebo jiných materiálů. Doporučujeme používat řadu Polident Ref-line, Primodent nebo Cross Linked 2.
- **Smíchání a plnění/stlačení:** Doporučený poměr pro míchání je 22 g prášku k 10 g tekutiny (poměr objemů je 30 ml prášku k 11 ml tekutiny). Přelijte tekutinu do míchací nádoby a postupně přidávejte prášek. Hmotu důkladně promíchejte a nechte stát v zavřené míchací nádobce po dobu přibl. 2,5 minut při pokojové teplotě (přibl. 22 °C). Poté ji dobře protřeďte a vložte do studené formy. Formu vložte do lisu. **VAROVÁNÍ:** Forma musí být naplněna hmotou za 7 minut po prvním kontaktu s tekutinou a práškem, jinak bude pro lisování příliš tuhá. Doba vytvrzování i zpracování závisí na pokojové teplotě a na teplotě tekutiny a prášku před smícháním.
- **Polymerace: Ponořte formu ve studené vodě, vodu zahřejte na 100 °C a nechte smés polymerovat po dobu 35–45 minut.**
- **Chlazení:** Nechte formu ochladit na pokojovou teplotu.
- **Vyřezávání:** Jakmile je forma zcela ochlazená, otevřete ji a vyjměte sádru. Zubní náhrada se vyřezává a leští podle běžných postupů zubní laboratoře.
- **Opravy:** Doporučuje se použít materiál Policold tvrdnoucí za studena a barvy, které odpovídají akrylátu pro výrobu protézy pomocí vytvrzování teplem (Polihot).

POZNÁMKA! Zubní náhrady vyrobené z akrylátů vždy obsahují malou část reziduálního monomeru. Jeho obsah je méně než 2,2 %, je-li polymerace provedena podle návodu k použití. Pro další snížení obsahu volného monomeru se doporučuje uchovávání náhrady ve vodě po dobu alespoň 24 hodin. Není-li tento krok možný, informujte pacienta o tom, aby nepoužívanou náhradu vždy vložil do vody.
Nedodržení pokynů může způsobit překročení bezpečnostní meze reziduálního monomeru, špatné fyzikální vlastnosti nebo tvorbu biofilmu v důsledku nedostatečné kvality povrchu.

Informace, které mají být poskytnuty zubnímu lékaři:
V souladu se standardními postupy v zubním lékařství musí lékař zdravotnický prostředek před vložením do ústní dutiny vyčistit. Zubní lékař musí pacientovi poskytnout pokyny pro odpovídající čištění zdravotnického prostředku a musí pacienta sledovat během pravidelných návštěv, aby zhodnotil stav zdravotnického prostředku. Doporučujeme čištění měkkým kartáčkem a neabrazivní zubní pastou.
Nedodržení těchto pokynů může vést ke zvýšené tvorbě biofilmu nebo k změně zabarvení materiálu základny protézy.

Skladování: Tekutinu skladujte při teplotách do 25 °C a chraňte před slunečním světlem. Prášek skladujte při teplotách do 30 °C, v suchu a chraňte před slunečním světlem.

Obecná varování pro zubního technika: Nepoužívejte materiál po uplynutí doby použitelnosti. Datum exspirace je uvedeno na obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte kapalinu a prášek pouze v jejich originálním obalu. Nepoužívejte, pokud je primární obal poškozen. Zabraňte přímému kontaktu mezi kůží a nevytvrzeným materiálem a také vdechování par. Po manipulaci s nevytvrzeným materiálem je nutné si umýt ruce. Nádoby ihned po použití uzavřete. Zajistěte účinné větrání pracovního prostoru. Během dokončovacích kroků (ořezávání, broušení, leštění) zajistěte dostatečné odsávání částic z pracovního prostoru. Při všech postupech používejte ochranné osobní ochranné prostředky (OOP). Pokud nejsou přijata technická ochranná opatření, může při manipulaci s nevytvrzeným materiálem a při dokončovacích postupech dojít k podráždění očí, kůže a dýchacích orgánů. Pro vhodné osobní ochranné prostředky se seznamte s bezpečnostním listem (BL) (dostupný na webu https://www.polident.si/). Prášek neskladujte při teplotách nad 50 °C po delší dobu.

Varování pro kapalnou složku: Kapalina je vysoce hořlavá. Dráždí oči, dýchací systém a kůži. Může způsobit senzibilizaci (ať skrze s kůži (alergická kožní reakce). Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. Vyvarujte se vdechování par. Lahvičky musí být pevně uzavřeny a skladovány na dobře větraném místě. Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí. Ihned svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou/osprchujte. Nevylévejte do kanalizace. Provedte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům.

Likvidace: Nevylévejte nepoužitý produkt do kanalizačních systémů! Produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Likvidujte v souladu s místními a/nebo národními předpisy.

DE

POLIHOT Warmhärtendes Acrylharz für Voll- und Teilprothesen

Allgemeine Beschreibung: Das Prothesenbasispolymer Polihot ist für die Herstellung von Voll- und Teilprothesen mittels Pack-/Presstechnik und klassischer Wärmehärtung bestimmt. Es eignet sich für unbezahnte/teilbezahnte Patienten, bei denen die Funktionen der fehlenden Zähne (Kauen, Phonetik) wiederhergestellt werden müssen, aber auch um dem Patienten ein ästhetisches Aussehen zu verleihen.
Das Material wird in flüssiger und pulverförmiger Form geliefert, die von einer zahnmedizinischen Fachkraft (Zahntechniker) immer zusammen verwendet werden müssen.

Eigenschaft des Materials	Spezifikation	Methode gemäß
Biegebruchfestigkeit	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Biegemodul	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorption	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Löslichkeit	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Restmonomer	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Varianten: Erhältlich in verschiedenen Farben und Mengen. Konsultieren Sie Ihren Händler.
Indikationen: Zahnlosigkeit, teilweise Zahnlosigkeit

Zusammensetzung:
Pulver: Pulver auf PMMA-Basis, Benzoylperoxid, Pigmente
Flüssigkeit: Methylmethacrylat, Dimethacrylat

Kontraindikationen:
Verwenden Sie es nicht bei bekannter Allergie/Überempfindlichkeit gegen Acrylate oder andere Bestandteile. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf der Webseite verfügbar.
Sollte es im Zusammenhang mit dem Gerät zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommen, ist dieser dem Hersteller (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si)und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender ansässig ist, zu melden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verwenden Sie Polihot nicht zur direkten Unterfütterung der Prothesenbasis.
Führen Sie eine Sichtkontrolle der Flüssigkeit durch. Wenn Sie Bodensatz oder eine gelartige Konsistenz feststellen, verwenden sie nicht. Abfall gemäß den regionalen Rechtsvorschriften entsorgen.
Wir empfehlen, die flüssigen und pulverförmigen Komponenten vor dem Gebrauch bei Raumtemperatur zu temperieren.
- **Vorbereitung:** Nach der vollständigen Entfernung des Wachses aus der Flasche wird die Oberfläche des Gipses mit einer Trennlösung bestrichen und gründlich getrocknet. Um eine feste Verbindung mit der Basisplatte der Prothese zu gewährleisten, tragen Sie Polihot-Flüssigkeit auf die aufgerauten Acrylzähne auf. Eine mechanische Retention wird empfohlen und ist bei der Verklebung von Zähnen aus Keramik, Komposit oder anderen Materialien unerlässlich. Wir empfehlen die Verwendung von Polident Ref-Line, Primodent oder Cross Linked 2 Zähne.
- **Mischen und Verdichten/Pressen:** Das empfohlene Mischungsverhältnis ist 22 g Pulver auf 10 g Flüssigkeit (30 ml Pulver auf 11 ml Flüssigkeit). Die Flüssigkeit in ein Rührgefäß gießen und nach und nach das Pulver hinzufügen. Die Mischung muss gründlich vermischt werden und dann in einem abgedeckten Mischgefäß ca. 2,5 Minuten bei Raumtemperatur (ca. 22°C) ruhen. Danach die Masse gut durchkneten und in die kalte Flasche füllen. Schließlich setzen Sie die Flasche in die Presse ein. **WARNUNG:** Die Mischung muss innerhalb von 7 Minuten nach dem ersten Kontakt von Flüssigkeit und Pulver in die Flasche gegeben werden, da die Mischung sonst zu hart zum Pressen wird. Die Abbindezeit sowie die Verarbeitungszeit hängen von der Raumtemperatur und der Temperatur der Flüssigkeit und des Pulvers vor dem Mischen ab.
- **Polymerisation: Die eingeklemmte Flasche in kaltes Wasser tauchen, das Wasser auf 100 °C erhitzen und 35 bis 45 Minuten polymerisieren.**
- **Abkühlung:** Die Flasche auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- **Entgraten:** Sobald sie vollständig abgekühlt ist, öffnen Sie die Flasche und entfernen Sie den Gips. Die Prothese wird nach den üblichen Verfahren des Dentallabors entgratet und poliert.
- **Reparaturen:** Die Verwendung des kalthärtenden Materials Policold wird empfohlen. Die Farbe kann mit dem Acrylat für die Herstellung der Prothese durch Wärmehärtung (Polihot) abgestimmt werden.

HINWEIS! Zahnersatz aus Kunststoffen enthält immer einen geringen Anteil an Restmonomer. Der Restmonomergehalt liegt unter 2,2 %, wenn die Polymerisation gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführt wird. Zur weiteren Reduktion freier Monomere wird empfohlen, eine Restauration mindestens 24 Stunden in Wasser zu lagern. Ist dieser Schritt nicht möglich, raten Sie dem Patienten, die Prothese ins Wasser zu legen, wenn sie nicht getragen wird.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Restmonomergehalten über dem Sicherheitsgrenzwert, schlechten physikalischen Eigenschaften oder Biofilmbildung aufgrund unzureichender Oberflächenqualität führen.

Informationen, die dem Zahnarzt zur Verfügung gestellt werden müssen:
Gemäß der üblichen zahnmedizinischen Praxis muss der Zahnarzt ein Medizinprodukt reinigen, bevor er es in die Mundhöhle einführt. Der Zahnarzt muss dem Patienten Anweisungen zur ordnungsgemäßen Reinigung des Medizinprodukts geben und ihn bei regelmäßigen Terminen nachbeobachten, um den Zustand des Medizinprodukts zu beurteilen. Wir empfehlen die Reinigung mit einer weichen Bürste und nicht scheuernder Zahnpasta.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu verstärkter Biofilmbildung oder zu Verfärbungen des Prothesenbasis-Materials führen.

Lagerung: Lagern Sie die Flüssigkeit bei einer Temperatur von bis zu 25 °C und schützen Sie sie vor Sonnenlicht. Lagern Sie das Pulver bei einer Temperatur von bis zu 30 °C und schützen Sie es vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

Allgemeine Warnhinweise für den Zahntechniker: Verwenden Sie das Material nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung aufgedruckt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit und Pulver nur in der Originalverpackung aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Primärverpackung beschädigt ist. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Haut und nicht ausgehärtetem Material sowie das Einatmen der Dämpfe. Nach dem Umgang mit dem nicht ausgehärteten Material müssen die Hände gewaschen werden. Behälter sofort nach Gebrauch verschließen. Sorgen Sie für eine wirksame Belüftung des Arbeitsplatzes. Stellen Sie während der Nachbearbeitungsschritte (Beschneiden, Schleifen, Polieren) eine ausreichende Absaugung der Partikel am Arbeitsplatz sicher. Tragen Sie bei allen Arbeitsschritten geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA). Wenn keine technischen Schutzmaßnahmen getroffen werden, kann es beim Umgang mit ungehärtetem Material und bei Nachbearbeitungsverfahren zu Reizungen der Augen, der Haut und der Atemwege kommen. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) für geeignete persönliche Schutzausrüstung (verfügbar auf der Website https://www.polident.si/). Pulver nicht über längere Zeit bei Temperaturen über 50 °C lagern.

Warnhinweise für die flüssige Komponente: Flüssigkeit ist hochentzündlich. Reizt die Augen, die Atemwege und die Haut. Kann bei Hautkontakt eine Sensibilisierung (allergische Hautreaktion) hervorrufen. Von Wärme, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Flaschen müssen dicht verschlossen und an einem gut belüfteten Ort gelagert werden. Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Nicht in die Kanalisation einleiten. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Entsorgung: Nicht verwendetes Produkt nicht in Entwässerungssysteme einleiten! Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie entsprechend den örtlichen und/oder nationalen Vorschriften.

EL

POLIHOT Ακρυλική ρητίνη θερμής σκλήρυνσης για ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

Γενική περιγραφή: Το πολυμερές υλικό βάσης οδοντοστοιχίας Polihot προορίζεται για την κατασκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών με τη χρήση της συσκευασία/συμπίεσης και της κλασικής θερμής σκλήρυνσης. Είναι κατάλληλο για ασθενείς με νωδότητα/μερική νωδότητα οι οποίοι χρειάζονται αποκατάσταση των λειτουργιών των ελλιπόντων δοντιών (μασητική, φωνητική). Επίσης, είναι κατάλληλο για λόγους αισθητικής εμφάνισης του ασθενούς.
Το υλικό παρέχεται υπό μορφή υγρού και σκόνης και πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται πάντα μαζί από τον επαγγελματία οδοντικής φροντίδας (οδοντοτεχνίτη).

Χαρακτηριστικό υλικού	Προδιαγραφή	Μέθοδος σύμφωνα με το
Αντοχή στην κάμψη	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Συντελεστής κάμψης	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Ρόφηση	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Διαλυτότητα	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Υπολείμματα μονομερούς	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Παραλλαγές: Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα και ποσότητες. Συμβουλευτείτε τον διανομέα σας.
Ένδειξη: Νωδότητα, μερική νωδότητα

Σύνθεση:
Σκόνη: Σκόνη με βάση το PMMA, υπεροξείδιο του βενζοϊλίου, χρωστικές
Υγρό: Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας, διμεθακρυλικό

Αντενδείξεις:
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας/υπερευαισθησίας σε ακρυλικά ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.
Σε περίπτωη που προκύψει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με τη συσκευή, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μη χρησιμοποιείτε το Polihot για άμεση επένδυση της βάσης της οδοντοστοιχίας. Επιθεωρήστε οπτικά το υγρό. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ίζημα ή γέλη, μην το χρησιμοποιείτε. Απορρίψτε σύμφωνα με τις τοπικές νομοθεσίες.
Συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας των συστατικών υγρού και σκόνης σε θερμοκρασία δωματίου, πριν από τη χρήση.
- **Παρασκευή:** Μετά την πλήρη απομάκρυνση του κηρού από το φιάλη, επικαλύψτε την επιφάνεια του γύψινου μοντέλου με μονωτικό υγρό και στεγνώστε καλά. Για να διασφαλίσετε ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των ακρυλικών δοντιών και της πλάκας βάσης οδοντοστοιχίας, χρειαζόμαστε το υγρό Polihot στα ακρυλικά δόντια με τραχιά επιφάνεια. Συνιστάται η μηχανική συγκράτηση, η οποία είναι απαραίτητη κατά τη συγκόλληση δοντιών από κεραμικό, σύνθετα υλικά ή άλλα υλικά. Συνιστάται η χρήση δοντιών Polident Ref-Line, Primodent ή Cross Linked 2.
- **Ανάμιξη και συσκευασία/συμπίεση:** Η συνιστώμενη αναλογία ανάμιξης είναι 22 g σκόνης προς 10 g υγρού (η αναλογία όγκου είναι 30 ml σκόνης προς 11 ml υγρού). Τοποθέτηση το υγρό σε ένα γυάλινο δοχείο ανάμιξης και σταδιακά τη σκόνη. Αναμείξτε καλά τη μάζα και αφήστε την στην άκρη, σε ένα καλυμμένο δοχείο ανάμιξης, για περίπου 2,5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 22 °C). Στη συνέχεια, πλάστε καλά το μείγμα και τοποθέτηστε το στην κρύα φιάλη. Τοποθέτηστε τη φιάλη στο πιεστήριο. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μείγμα πρέπει να τοποθετηθεί στη φιάλη εντός 7 λεπτών μετά την πρώτη επαφή του υγρού και της σκόνης, διαφορετικά, θα είναι πολύ δύσκολο να συμπιεστεί. Ο χρόνος πήξης καθώς και ο χρόνος χειρισμού εξαρτώνται από τη θερμοκρασία δωματίου και από τη θερμοκρασία του υγρού και της σκόνης πριν την ανάμιξη.
- **Πολυμερισμός: Βυθίστε τη φιάλη με τον σφιγκτήρα της σε κρύο νερό, θερμάνετε το νερό σε θερμοκρασία 100 °C και πολυμερίστε για 35–45 λεπτά.**
- **Ψύξη:** Αφήστε τη φιάλη να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- **Κοπή:** Μόλις κρυώσει τελείως η φιάλη, ανοίξτε την και αφαιρέστε τον γύψο. Η κοπή και η στίλβωση της οδοντοστοιχίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συνήθεις οδοντοτεχνικές συνταγματικές διαδικασίες.
- **Επιδιορθώσεις:** Συνιστάται η χρήση του υλικού ψυχής σκλήρυνσης Policold, για χρώματα του οποίου ανταποκρίνεται στο ακρυλικό για την κατασκευή της πρόθεσης με χρήση θερμής σκλήρυνσης (Polihot).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι οδοντικές αποκαταστάσεις που κατασκευάζονται από ακρυλικά περιέχουν πάντα ένα μικρό ποσοστό υπολειμμάτων μονομερούς. Η περιεκτικότητα σε υπολείμματα μονομερούς είναι κάτω από 2,2% εάν ο πολυμερισμός πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για περαιτέρω μείωση του ελεύθερου μονομερούς, συνιστάται η αποθήκευση της αποκατάστασης σε νερό για τουλάχιστον 24 ώρες. Εάν δεν είναι εφικτό αυτό το βήμα, ενημερώστε τον ασθενή να τοποθετεί τη συσκευή σε νερό όποτε δεν τη φοράει.
Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει επίπεδα υπολειμματικού μονομερούς πάνω από τα όρια ασφαλείας, κακές φυσικές ιδιότητες ή σχηματισμό βιοφίλμ λόγω ανεπαρκούς ποιότητας επιφάνειας.

Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον οδοντίατρο:
Σύμφωνα με τις τυπικές οδοντιατρικές πρακτικές, ο οδοντίατρος πρέπει να υποβάλει σε καθαρισμό το ιατροτεχνολογικό προϊόν πριν το εισαγάγει στη στοματική κοιλότητα. Ο οδοντίατρος πρέπει να παρέχει στον ασθενή οδηγίες για τον επαρκή καθαρισμό του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και να παρακολουθεί τον ασθενή σε τακτικές επισκέψεις, ώστε να αξιολογεί την κατάσταση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Συνιστάται ο καθαρισμός με μαλακή βούρτσα και μη λειαντική οδοντόπαστα.
Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο σχηματισμό βιοφίλμ ή σε αποχρωματισμό του υλικού της βάσης της οδοντοστοιχίας.

**Αποθ

al'autorità competente dello Stato membro di residenza dell'utente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non utilizzare Polihot per la ribasatura diretta della base della protesi. Ispezionare visivamente il liquido. Se si notano sedimenti o gel non usarlo. Smaltirlo in conformità con la legislazione locale.

Si consiglia di condizionare la temperatura dei componenti liquidi e in polvere alla temperatura ambiente prima dell'uso.

- **Preparazione:** Dopo aver eliminato completamente la cera dalla muffola la superficie del gesso va rivestita con una soluzione isolante e asciugata bene. Per garantire un fissaggio saldo alla piastra di base della protesi applicare il fluido Polihot sui denti acrilici irruviditi. Si raccomanda la stesura mediante pennello, eventualmente quando si incollano denti in ceramica, compositi o altri materiali. Si consiglia l'uso dei denti Polident Ref-Line, Primodent o Cross Linked 2.
- **Miscelazione e impacchettamento /pressatura:** il rapporto di miscelazione consigliato è di 22 g di polvere per 10 g di liquido (30 ml di polvere per 11 ml di liquido). Versare il liquido in un contenitore per miscelazione e aggiungere gradualmente la polvere. Il composto deve essere ben miscelato e poi messo da parte in un contenitore per miscelazione coperto per circa 2,5 minuti a temperatura ambiente (circa 22°C). Quindi impastare bene il composto e impacchettarlo nella muffola. Infine inserire la muffola nella pressa.

ATTENZIONE: La miscela deve essere impacchettata nella muffola entro 7 minuti dal primo contatto del liquido e della polvere; in caso contrario la miscela sarà troppo dura da pressare. Il tempo di presa, così come il tempo di lavorazione, sono soggetti alla temperatura ambiente e alla temperatura del liquido e della polvere prima della miscelazione.

- **Polimerizzazione: Immergere la muffola nel morsetto in acqua fredda, riscaldare l'acqua a 100°C e polimerizzare per 35 – 45 minuti.**
- **Raffreddamento:** Lasciar raffreddare la muffola alla temperatura ambiente.
- **Rifilatura:** una volta completamente raffreddata aprire la muffola e rimuovere il gesso. La protesi viene rifilata e lucidata secondo le comuni procedure di laboratorio odontotecnico.
- **Riparazioni:** si consiglia l'utilizzo del materiale polimerizzante a freddo Policold. Il colore può essere abbinato all'acrilato per la realizzazione della protesi con indurimento a caldo (Polihot).

NOTA! I restauri dentali realizzati con materiali acrilici contengono sempre una piccola percentuale di monomero residuo. Il contenuto di monomero residuo è inferiore al 2,2% se la polimerizzazione viene eseguita secondo le istruzioni per l'uso. Per un'ulteriore riduzione del monomero libero si consiglia di conservare un restauro in acqua per almeno 24 ore. Se questo passaggio non è possibile consigliare al paziente di immergere l'apparecchio in acqua ogni volta che non viene indossato. Il rilascio rispetto delle sostanze monomeriche è significativamente inferiore al limite di sicurezza, scarse proprietà fisiche o formazione di biofilm a causa di una qualità superficiale inadeguata.

Informazioni da fornire al dentista:
In conformità con le pratiche standard della medicina dentale, il dentista deve pulire il dispositivo medico prima di inserirlo nella cavità orale. Il dentista deve fornire al paziente le istruzioni per un'adeguata pulizia del dispositivo medico e seguire il paziente con visite periodiche per valutare lo stato del dispositivo medico. Si consiglia di pulire il dispositivo medico con una spazzola morbida non abrasiva e un detergente non abrasivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un aumento della formazione di biofilm o una decolorazione del materiale della base della protesi.

Conservazione: Conservare il liquido a temperature fino a 25 °C e tenerlo al riparo dalla luce solare. Conservare la polvere a temperature fino a 30 °C e proteggerla dalla luce solare e dall'umidità.

Avvertenze generali per il tecnico dentale: Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza. La data di scadenza è stampata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il liquido e la polvere esclusivamente nella confezione originale. Non utilizzare se l'imballaggio primario è danneggiato. Evitare il contatto diretto della pelle con il materiale non polimerizzato nonché l'inalazione dei vapori. È necessario lavarsi le mani dopo aver maneggiato il materiale non polimerizzato. Chiudere i contenitori immediatamente dopo l'uso. Assicurare un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. Durante le fasi di rifinitura (rifilatura, molatura, lucidatura) garantire un'adeguata aspirazione delle particelle dal luogo di lavoro. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (DPI) durante tutte le procedure. In assenza di misure di protezione tecnica, durante la manipolazione di materiale non polimerizzato e le procedure di finitura possono verificarsi irritazioni agli occhi, alla pelle e agli organi respiratori. Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per i dispositivi di protezione individuale appropriati (disponibile sul sito https://www.polident.si/). Non conservare la polvere a temperature superiori a 50 °C per lunghi periodi di tempo.

Avvertenze per il componente liquido: Il liquido è altamente infiammabile. Irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Può causare sensibilizzazione per contatto cutaneo (reazione allergica della pelle). Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. I flaconi devono essere ben chiusi e conservati in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Indossare guanti di protezione/indumenti protettivi/protezione per gli occhi. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua e bere una doccia. Non versare nelle fognature. Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Smaltimento: Non versare il prodotto inutilizzato nei sistemi di drenaggio! Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltire in conformità con le normative locali e/o nazionali.

LT
POLIHOT Karštyje stingstanti akrilo derva pilniems ir daliniams dantų protezams gamintiBendrasis aprašymas: dantų protezų pagrindui naudojama polimerinė medžiaga „Polihot" yra skirta pilniems ir daliniams dantų protezams gamintiNaudojant kimšimo ir suspaudimo techniką ir kiekinį stingtinės kaitlos. Jir tika pacientams, netekusiems visų/ dalies dantų, kuriems reikalingas atkurti trūkstamų dantų funkcijas (kramtymo, artikuliavimo) ir pagerinti estetinę paciento išvaizdą. Medžiaga tiekiama kaip skystis ir miltelai ir ją visada reikia naudoti kartu su dantų priežiūros specialistu (dantų techniku).

Medžiagos savybė	Specifikacija	Metodas pagal
Lenkimo stipris	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Lankstumo modulis	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorbcija	< 32 µg / mm³	EN ISO 20795-1
Tirpumas	< 1,6 µg / mm³	EN ISO 20795-1
Liekamasis monomeras	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Variantai: Galima įsigyti įvairių spalvų ir kiekių. Kreipkitės į platintoją.
Indikacijos: Edentulizmas, dalinis edentulizmas

Sudėtis: Milteliai: PMMA pagrindu pagaminti miltelial, benzolio peroksidas, pigmentai Skystis: metilo metakrilatas, dimetakrilatas

Kontraindikacijos:
Nenaudokite medžiagos, jei yra žinoma alergija ir (arba) padidėjęs jautrumas akrilatams ar bet kuriai kitai sudedamajai medžiagos dalisi. Saugos duomenų lapas yra pateikias tinklaviete.
Rimto incidento, susijusio su priemone, atveju apie ją reikia pranešti gamintojui („Polident d.o.o."; vigilance@polident.si) ir kompetentingai Šalies narės, kur yra įsteigtas naudotojas, institucijai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Nenaudokite „Polihot" tiesioginiam dantų protezų pagrindo padengimui. Apžiūrėkite skystį. Pastebėję nuosėdų arba gelio, nenaudokite jo. Išmeskite jį laikydamiesi vietinių teisės aktų.
Rekomenduojame prieš naudojant palaikyti skystį ir miltelius kambario temperatūroje.

- **Paruošimas:** visiškai pašalinę vašką nuo kolbos, padenkite gipsinį modelį izoliaciniu skysčiu ir leiskite jam visiškai išdžiūti. Norėdami užtikrinti tvirtą akrilo dantį ir jų protezų pagrindą naudokitės „Polihot" skysčio ant pašiurkštintų akrilo dantų. Rekomenduojama mechaninė fiksacija, kuri yra būtina kljuovant keramikus, kompozitinius ar kitus dantis. Rekomenduojame naudoti "Polident Ref-Line", „Primodent" arba „Cross Linked 2" dantis.
- **Maišymas ir kimšimas / suspaudimas:** rekomenduojamas maišymo santykis yra 22 g miltelių ir 10 g skysčio (žiūro santykis yra 30 ml miltelių ir 11 ml skysčio). Supilkite skystį į maišymo indą ir palaipsniui suberkite miltelius. Kruopščiai sumaišykite masę ir atidėkite ją į šalį uždengtame maišymo inde maždaug 2,5 minutėms kambario temperatūroje (apie 22 °C). Paskui gerai sumankykite mišinį ir sukimkite į šaltą kolbą. Įdėkite kolbą į presą.

PERSPĖJIMAS: mišinį reikia sukimšti į kolbą per 7 minutes nuo pirmo skysčio ir miltelių sąlyčio, priešingu atveju mišinys bus per kietas suspausti. Stingimo trukmė ir darbo trukmė priklauso nuo kambario temperatūros bei nuo skysčio ir miltelių temperatūros prieš maišymą.

- **Polimerizacija: į spausdamų įstatyta kolbą įmerkite į šaltą vandenį, įkaitinkite vandenį iki 100 °C ir polimerizuokite 35–45 minutes.**
- **Vėsinimas:** leiskite kolbai atvėsti kambario temperatūroje.
- **Apipjaustymas:** kolbai visiškai atvėsus, atidarykite kolbą ir išimkite gipsą. Dantų protezas apipjaustomas ir nušlifuojamas taikant standartines odontologijos laboratorijos procedūras.
- **Remontas:** rekomenduojama naudoti šaltai stingstančią medžiagą „Policold", kurios spalvos dera su akriliatu, naudojamu dantų protezams gaminti naudojant stingdymą karščiu („Polihot").

PASTABA! Dantų protezų, pagamintų iš akrilo, sudėtyje visada yra šiek tiek liekamojo monomero. Liekamojo monomero kiekis yra mažesnis nei 2,2 %, jei polimerizacija atliekama laikantis naudojimo instrukcijų. Norint dar labiau sumažinti laisvojo monomero kiekį, rekomenduojama protezą bent 24 valandas palaikyti vandenyje. Jei tai neįmanoma, patarkite pacientui įdėti priemonę į vandenį, kai ja nesinaudojama.
Nesilaikant instrukcijų, gali susidaryti viršijantys saugos ribą monomerų likučiai, prastos fizinės savybės arba dėl netinkamos paviršiaus kokybės susidaryti biologinė plėvelė.

Informacija, kurią reikia pateikti odontologui:
Vadovaujantis standartinėmis odontologijos medicinos praktikomis, odontologas turi nuvalyti medicinos priemonę prieš dėdamas ją į burnos ertmę. Odontologas turi pateikti pacientui nurodymus, kaip tinkamai valyti medicinos priemonę, ir per vėlesnius apsilankymus apžiūrėti pacientą ir įvertinti medicinos priemonės būklę. Rekomenduojame valyti minkštu dantų šepetėliu ir neabrazyvine dantų pasta. Sių nurodymų nesilaikymas gali lemti padidėjusį biofilmo susidaryma arba dantų protezo pagrindo medžiagos spalvos pakitimus.

Laikymas: skystį laikykite iki 25 °C temperatūroje ir saugokite nuo saulės šviesos. Miltelius laikykite iki 30 °C temperatūroje, saugokite nuo saulės šviesos ir laikykite sausoje vietoje.

Bendros įspėjamosios pastabos dantų technikui: Nenaudokite medžiagos pasibaigus galiojimo laikui. Galiojimo data nurodyta ant pakuotės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Skystį ir miltelius laikyti tik originaliuje pakuotėje. Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista. Venkite tiesioginio odos kontakto su neklėtinta medžiaga bei garų įkvėpimo. Po darbo su neklėtinta medžiaga būtina nusiplauti rankas. Talpyklas uždarykite iš karto po naudojimo. Užkimškite tinkamą darbo vietos vėdinimą. Baigiamųjų etapų (apipjaustymo, šlifavimo, poliravimo) metu užtikrinkite pakankamą dalelių ištraukimą iš darbo vietos. Visų procedūrų metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP). Jei nesimamai techniniu apsaugos priemoniu, dirbant su neklėtinta medžiaga ir atliekant apdailos procedūras gali sudirgti akys, oda ir kvėpavimo organai. Pasitarkite su saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija dėl tinkamų asmeninių apsaugos priemonių (prieiname svetainėje https://www.polident.si/). Nelaikykite miltelių ilgą laiką virš 50 °C temperatūros.

Įspėjimai dėl skystosios sudedamosios dalies: Skystis labai degus. Dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą. Gali sukelti jautrumą kontaktuojant su oda (alergine reakcija). Laikyti nutolus nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Vengti garų įkvėpimo. Buteliai turi būti sandariai uždaryti ir laikomi gerai vėdinamoje vietoje. Vengti patekimo į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių apsaugą. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba nusiprausti po dušu. Neišpilti į kanalizaciją. Imtis atsargumo priemonių dėl statinės elektros škrovų.

Atliekų šalinimas: Neišpilkite nepanaudoto produkto į kanalizaciją! Produktą negalima šalinti kartu su buitinių atliekų srautu. Atliekas tvarkyti pagal vietinius ir (arba) nacionalinius reikalavimus.

PL
POLIHOT Żywica akrylowa, utwardzana na gorąco, do protez całkowitych i częściowych
Opis ogólny: Bazowy materiał polimerowy Polihot jest przeznaczony do produkcji pełnych i częściowych protez metodą pakowania/ prasowania oraz klasycznego utwardzania cieplnego. Można go wykorzystywać w przypadku pacjentów nieposiadających wszystkich/niektórych zębów w celu przywrócenia funkcji owego brakującego uzębienia (mastykacja, fonetyka), a także zapewnienia estetycznego wyglądu. Materiał dostarczany jest w postaci płynu i proszku, które powinny być zawsze stosowane razem przez dentystę lub technika dentystycznego.

Charakterystyka materiału	Specyfikacja	Metoda zgodna z
Wytrzymałość na zginanie	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Moduł sprężystości przy zginaniu	> 2000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcja	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpuszczalność	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Monomer resztkowy	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Warianty: Dostępny w różnych kolorach i ilościach. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.
Wskazanie: Bezzębie, częściowe bezzębie

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku znanej alergii/wrażliwości na akrylany lub inny składnik wyrobu. Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej.
W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia związanego z wyrobem, należy zgłosić je producentowi (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Nie używać produktu Polihot do bezpośredniego wypełniania bazy protezy. Sprawdzić wzrokowo płyn. W przypadku zauważenia osadu lub żelu, nie używać. Utylizować zgodnie z lokalnym przepisami.
Przed użyciem zalecа się kondycjonowanie płynu i proszku w temperaturze pokojowej.

- **Przygotowanie:** Po całkowitym usunięciu wosku z pojemnika powierzchnię formy pokryć roztworem izolującym i dokładnie wysuszyć. Aby zapewnić stabilne mocowanie do bazy protezy, nałożyć płyn Polihot na zmatowione zęby akrylowe. Zaleca się stosowanie retencji mechanicznej, która jest niezbędna podczas łączenia zębów akrylowych z ceramiki, kompozytów lub innych materiałów. Zalecamy stosowanie zębów Polident Ref-Line, Primodent lub Cross Linked 2.
- **Mieszanie i pakowanie/prasowanie:** Zalecany stosunek mieszania to 22 g proszku na 10 g płynu (30 ml proszku na 11 ml płynu). Wlać płyn do naczynia do mieszania i stopniowo dodawać proszek. Dokładnie wymieszać, a następnie odstawić w zamkniętym naczyniu na ok. 2,5 minuty w temperaturze pokojowej (ok.22°C). Następnie wyrobić mieszankę i przełożyć do pojemnika. Umieścić pojemnik w prasie. **OSTRZEŻENIE:** Mieszankę umieścić w pojemniku w ciągu 7 minut po pierwszym kontakcie płynu z proszkiem; w przeciwnym razie mieszanka będzie zbyt twarda do prasowania. Czas łężenia i czas działania zależą od temperatury pokojowej oraz temperatur płynu i proszku przed wymieszaniem.
- **Polimeryzacja: Pojemnik umieszczony w uchwycie zanurzyć w zimnej wodzie, podgrzać wodę do 100°C i poddawać polimeryzacji przez 35–45 minut.**
- **Chłodzenie:** Pozostawić pojemnik do ostygnięcia w temperaturze pokojowej.
-**Przycinanie:** Po całkowitym ostygnięciu otworzyć pojemnik i wyjąć odlew. Przyciąć i wypolerować protezę zgodnie z procedurami laboratorium dentystycznego.
- **Uzupełnienia:** zaleca się stosowanie utwardzanego na zimno materiału Policold. Kolor można dopasować do akrylanu do wykonania protezy przy użyciu utwardzania cieplnego (Polihot).

UWAGA! Protezy akrylowe zawsze zawierają niewielką ilość resztkowego monomeru. Zawartość monomeru nie powinna przekraczać 2,2%, jeśli polimeryzacja była przeprowadzona zgodnie z instrukcją użytkowania. W celu dalszej redukcji zawartości monomeru zalecа się przechowywać protezę w wodzie przez co najmniej 24 godziny. Jeśli nie jest możliwe wykonanie tego kroku, zalecić pacjentowi umieszczanie wyrobu w wodzie, jeśli nie jest noszony.
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu monomerów resztkowych, pogorszenie właściwości fizycznych lub tworzenie się biofilmu z powodu nieodpowiedniej jakości powierzchni.

Informacje, które należy przekazać stomatologowi:
Zgodnie ze standardowymi praktykami stomatologicznymi, stomatolog ma obowiązek oczyszczenia wyrobu medycznego przed wprowadzeniem do jo amy ustnej. Stomatolog zobowiązany jest przekazać pacjentowi instrukcje dotyczące odpowiedniego czyszczenia wyrobu medycznego i wykonywać badania kontrolne pacjenta podczas regularnych wizyt w celu oceny stanu wyrobu. Zalecamy czyszczenie miękką szczoteczką i pastą do zębów niepowodującą ścierania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować zwiększonym tworzeniem się biofilmu lub przebarwieniem materiału podstawowego protezy.

Przechowywanie: Płyn przechowywać w temperaturze do 25°C i chronić przed światłem słonecznym. Proszek przechowywać w temperaturze do 30°C, chronić przed działaniem promieni słonecznych i wilgoci.

Ogólne ostrzeżenia dla technika dentystycznego: Nie używać materiału po upływie terminu ważności. Data ważności znajduje się na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ciecz i proszek przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie używać, jeśli opakowanie pierwotne jest uszkodzone. Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z nieutwardzonym materiałem oraz wdychania oparów. Po kontakcie z nieutwardzonym materiałem należy umyć ręce. Pojemniki zamykać natychmiast po użyciu. Zapewnić skuteczną wentylację miejsca pracy. Podczas etapów wykończeniowych (przycinania, szlifowania, polerowania) zapewnić odpowiednie odsysanie cząstek z miejsca pracy. Podczas wszystkich procedur należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (SOI). W przypadku braku technicznych środków ochrony może wystąpić podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych podczas pracy z nieutwardzonym materiałem oraz przy procedurach wykończeniowych. Skonsultuj kartę charakterystyki (KCh) w celu

Charakterystika materiału	Specyfikacja	Metoda podła
Wytrzymałość na zginanie	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Moduł sprężystości przy zginaniu	> 2 000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcja	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpustność	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Zwyškový monomér	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Varianty: Dostupné v různých farbách a množstvách. Obráťte sa na svojho distribútora.
Indikácia: Edentulizmus, čiastočný edentulizmus

Zloženie: Prášok: práškoh na báze PMMA, benzoylperoxid, pigmenty
Kvapalina: metylmetakrylát, dimetakrylát

Kontraindikácie:
Nepoužívajte v prípade známej alergie/precitlivenosti na akryláty alebo akékoľvek iné zložky. Karta bezpečnostných údajov je dostupná na webovej stránke.
Ak v súvislosti s pomôckou dôjde k závažnému incidentu, je potrebné to nahlásiť výrobcovi (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) a kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ nachádza.

POKYNY NA POUŽÍVANIE
Polihot nepoužívajte na priame obkladanie základne zubnej protézy. Kvapalinu skontrolujte pohľadom. Ak si všimnete akúkoľvek usadeninu alebo „gélovatenie", nepoužívajte ju. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
Pred použitím odporúčame nechať kvapalinu a práškoh odležať pri izbovej teplote.

- **Príprava:** Po úplnom odstránení vosku z kyvety natrite povrch sadrového modelu izolačnou kvapalinou a dôkladne ho vysušte. Na zabezpečenie pevného spojenia medzi akrylovýmizubami a základnou plastickou zubnej protézy naneste na zdrsnené akrylové zuby kvapalinu Polihot. Odporúča sa mechanická retencia, ktorá je nevyhnutná pri lepení zubov vyrobených z keramiky, kompozitov alebo iných materiálov. Odporúčame používať zuby Polident Ref-line, Primodent alebo Cross Linked 2.
- **Zmiešanie a obaľovanie/pôsobenie tlaku:** Odporúčaný pomer zmiešania je 22 g prášku na 10 g kvapaliny (pomer objemov je 30 ml prášku na 11 ml kvapaliny). Naleje kvapalinu do nádoby na miešanie a postupne pridávajte práškoh. Hmotu dôkladne premiešajte a odložte do zakrytej nádoby na miešanie na približne 2,5 minúty pri izbovej teplote (približne 22 °C). Potom zmes dobre premiešajte a vložte do chladnej kyvety. Kyvetu vložte do lisu. **VAROVANIE:** Zmes na musí naplniť do kyvety do 7 minút po prvom kontakte kvapaliny a prášku, inak bude zmes príliš tvrdá na lisovanie. Čas tuhnutia, ako aj čas spracovateľnosti závisia od teploty v miestnosti a teploty kvapaliny a práškovej zložky pred zmiešaním.
- **Polymerizácia: Ponorte kyvetu v jej vorku do studenej vody, zohrejte vodu na 100 °C a polymerizujte 35 – 45 minút.**
- **Chladenie:** Nechajte kyvetu vychladnúť na izbovú teplotu.
- **Orezávanie:** Po úplnom vychladnutí kyvetu otvorte a odstráňte sadru. Protéza sa upraví a leští v súlade s bežnými dentálnymi laboratórnymi postupmi.
- **Opravy:** Odporúča sa použiť materiál Policold vytvrdzovaný za studena, ktorého farby zodpovedajú akrylátu na zhotovenie protézy pomocou vytvrdzovania za tepla (Polihot).

POZNÁMKA! Zubné náhrady vyrobené z akrylátu vždy obsahujú malý podiel zvyškového monoméru. Ak polymerizácia prebehne v súlade s návodom na použitie, obsah zvyškového monoméru bude pod úrovňou 2,2 %. Na ďalšie zníženie voľného monoméru sa odporúča najmenej 24 hodín skladovať protézu vo vode. Ak tento krok nie je možný, odporúčte pacientovi, aby vložil pomôcku do vody vždy, keď ju nebude nosiť.
Nedodržanie návodu môže spôsobiť prekročenie bezpečnej hranice reziduálnych monomérov, zhoršenie fyzikálnych vlastností alebo tvorbu biofilmu v dôsledku nedostatočnej kvality povrchu.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť zubnému lekárovi:
V súlade so štandardnými postupmi v zubnom lekárstve musí zubný lekár zdravotníckou pomôckou pred vložením do ústnej dutiny očistiť. Zubný lekár musí poskytnúť pacientovi pokyny na primerané čistenie zdravotníckej pomôcky a sledovať pacienta na pravidelných návštevách, aby posúdil stav zdravotníckej pomôcky. Odporúčame čistenie mäkkou kefkou a neabrazívnou zubnou pastou.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zvýšenej tvorbe biofilmu alebo k zafarbeniu materiálu bázy protézy.

Skladovanie: Kvapalinu uskladňujte pri teplotách do 25 °C, pričom ju chráňte pred slnkom. Prášok uskladňujte pri teplote do 30 °C, pričom ho chráňte pred slnkom a vlhkosťou.

Všeobecné upozornenia pre zubného technika: Materiál nepoužívajte po dátume exspirácie. Dátum exspirácie je uvedený na obale. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tekutinu a prášok uchovávajte len v pôvodnom obale. Nepoužívajte, ak je primknutý obal poškodený. Vyhnite sa priamemu kontaktu pokožky s nevytvrdnutým materiálom a vdychovaniu pár. Po manipulácii s nevytvrdnutým materiálom si umyte ruky. Nádoby ihneď po použití uzavrite. Zabezpečte účinné vetranie pracoviska. Počas dokončovacích krokov (orezávanie, brúsenie, leštenie) zabezpečte dostatočné odsávanie častíc z pracoviska. Počas všetkých postupov noste vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Ak sa neprijmú technické ochranné opatrenia, môže počas manipulácie s nevytvrdnutým materiálom a pri dokončovacích postupoch dôjsť k podráždeniu očí, pokožky a dýchacích orgánov. O vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkoch sa poraďte s bezpečnostným listom (BL) (dostupné na webovej stránke https://www.polident.si/). Prášok neskladujte dlhodobo pri teplotách nad 50 °C.

NOTA! As restaurações dentárias feitas de acrílicos contêm sempre uma pequena proporção de monomero residual. O teor de monómero residual é inferior a 2,2% se a polimerização for realizada de acordo com as instruções de utilização. Para uma maior redução de monómero livre, é recomendado o armazenamento da restauração em água durante, pelo menos, 24 horas. Se tal não for possível, aconselhe o paciente a colocar o aparelho em água sempre que não o estiver a utilizar.
O não cumprimento das instruções pode causar problemas. Consumer residual acima do limite de segurança, propriedades físicas inadequadas ou formação de biofilme devido à qualidade inadequada da superfície.

Informações a serem fornecidas ao dentista:
De acordo com as práticas padrão da medicina dentária, o dentista deve limpar o dispositivo médico antes de o inserir na cavidade oral. O dentista deve fornecer ao paciente as instruções para uma limpeza adequada do dispositivo médico e acompanhar o paciente em consultas regulares, de forma a avaliar o estado do dispositivo médico. Recomendamos a limpeza com uma escova macia e pasta dentífrica não abrasiva.
O incumprimento destas instruções pode resultar em maior formação de biofilme ou em descoloração do material da base da prótese.

Armazenamento: Armazene o líquido a uma temperatura até 25 °C, protegido da luz solar. Armazene o pó a uma temperatura até 30 °C e mantenha-o seco e protegido da luz solar.

Advertências gerais para o técnico dentário: Não utilize o material após o prazo de validade. A data de validade está impressa na embalagem. Manter fora do alcance das crianças. Manter o líquido e o pó apenas na embalagem original. Não utilizar se a embalagem primária estiver danificada. Evite o contacto direto da pele com o material não polimerizado, bem como a inalação de vapores. É necessário lavar as mãos após manusear o material não polimerizado. Feche os recipientes imediatamente após a utilização. Assegure uma ventilação eficaz do local de trabalho. Durante as etapas de acabamento (corte, lixagem, polimento), assegure a extração adequada das partículas do local de trabalho. Use equipamento de proteção individual adequado (EPI) durante todos os procedimentos. Se não forem tomadas medidas técnicas de proteção, pode ocorrer irritação nos olhos, na pele e nos órgãos respiratórios durante o manuseamento de material não curado e nos procedimentos de acabamento. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) para o equipamento de proteção adequado (disponível no site https://www.polident.si/). Não armazenar o pó a temperaturas acima de 50 °C por longos períodos.

Advertências para o componente líquido: O líquido é altamente inflamável. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. Pode causar sensibilização por contacto com a pele (reação alérgica cutânea). Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar respirar vapores. Os frascos devem estar bem fechados e armazenados em local bem ventilado. Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa. Usar luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar duche. Não deitar no esgoto. Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.

Eliminação: Não deitar o produto não utilizado nos sistemas de drenagem! O produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Eliminar de acordo com os regulamentos locais e/ou nacionais.

SK
POLIHOT Akrylová živica vytvrdzujúca za tepla na výrobu úplných a čiastočných zubných protéz.
Všeobecný opis: Základný materiál pre zubné protézy Polihot je určený na výrobu úplných a čiastočných zubných protéz použitím techniky obaľovania/pôsobením tlaku a klasickým tepelným vytvrdzovaním. Produkt je vhodný pre bezzubých/čiastočne bezzubých pacientov, u ktorých je potrebná obnova funkčnosti chýbajúcich zubov (žuvanie, výslovnosť) a tej poskytnúť estetického vzhľadu.
Materiál sa dodáva v kvapalinách a práškovej podobe, ktoré musí zubný lekár (zubný technik) vždy používať spoločne.

Charakteristika materiálu	Špecifikácia	Metóda podľa
Ohýbacia pevnosť	> 65 MPa	EN ISO 20795-1
Ohýbací modul	> 2 000 MPa	EN ISO 20795-1
Sorpcia	< 32 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Rozpustnosť	< 1,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Zvyškový monomér	< 2,2 %	EN ISO 20795-1

Varianty: Dostupné v rôznych farbách a množstvách. Obráťte sa na svojho distribútora.
Indikácia: Edentulizmus, čiastočný edentulizmus

Zloženie: Prášok: práškoh na báze PMMA, benzoylperoxid, pigmenty
Kvapalina: metylmetakrylát, dimetakrylát

Kontraindikácie:
Nepoužívajte v prípade známej alergie/precitlivenosti na akryláty alebo akékoľvek iné zložky. Karta bezpečnostných údajov je dostupná na webovej stránke.
Ak v súvislosti s pomôckou dôjde k závažnému incidentu, je potrebné to nahlásiť výrobcovi (Polident d.o.o.; vigilance@polident.si) a kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ nachádza.

POKYNY NA POUŽÍVANIE
Polihot nepoužívajte na priame obkladanie základne zubnej protézy. Kvapalinu skontrolujte pohľadom. Ak si všimnete akúkoľvek usadeninu alebo „gélovatenie", nepoužívajte ju. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
Pred použitím odporúčame nechať kvapalinu a práškoh odležať pri izbovej teplote.

- **Príprava:** Po úplnom odstránení vosku z kyvety natrite povrch sadrového modelu izolačnou kvapalinou a dôkladne ho vysušte. Na zabezpečenie pevného spojenia medzi akrylovýmizubami a základnou plastickou zubnej protézy naneste na zdrsnené akrylové zuby kvapalinu Polihot. Odporúča sa mechanická retencia, ktorá je nevyhnutná pri lepení zubov vyrobených z keramiky, kompozitov alebo iných materiálov. Odporúčame používať zuby Polident Ref-line, Primodent alebo Cross Linked 2.
- **Zmiešanie a obaľovanie/pôsobenie tlaku:** Odporúčaný pomer zmiešania je 22 g prášku na 10 g kvapaliny (pomer objemov je 30 ml prášku na 11 ml kvapaliny). Naleje kvapalinu do nádoby na miešanie a postupne pridávajte práškoh. Hmotu dôkladne premiešajte a odložte do zakrytej nádoby na miešanie na približne 2,5 minúty pri izbovej teplote (približne 22 °C). Potom zmes dobre premiešajte a vložte do chladnej kyvety. Kyvetu vložte do lisu. **VAROVANIE:** Zmes na musí naplniť do kyvety do 7 minút po prvom kontakte kvapaliny a prášku, inak bude zmes príliš tvrdá na lisovanie. Čas tuhnutia, ako aj čas spracovateľnosti závisia od teploty v miestnosti a teploty kvapaliny a práškovej zložky pred zmiešaním.
- **Polymerizácia: Ponorte kyvetu v jej vorku do studenej vody, zohrejte vodu na 100 °C a polymerizujte 35 – 45 minút.**
- **Chladenie:** Nechajte kyvetu vychladnúť na izbovú teplotu.
- **Orezávanie:** Po úplnom vychladnutí kyvetu otvorte a odstráňte sadru. Protéza sa upraví a leští v súlade s bežnými dentálnymi laboratórnymi postupmi.
- **Opravy:** Odporúča sa použiť materiál Policold vytvrdzovaný za studena, ktorého farby zodpovedajú akrylátu na zhotovenie protézy pomocou vytvrdzovania za tepla (Polihot).

POZNÁMKA! Zubné náhrady vyrobené z akrylátu vždy obsahujú malý podiel zvyškového monoméru. Ak polymerizácia prebehne v súlade s návodom na použitie, obsah zvyškového monoméru bude pod úrovňou 2,2 %. Na ďalšie zníženie voľného monoméru sa odporúča najmenej 24 hodín skladovať protézu vo vode. Ak tento krok nie je možný, odporúčte pacientovi, aby vložil pomôcku do vody vždy, keď ju nebude nosiť.
Nedodržanie návodu môže spôsobiť prekročenie bezpečnej hranice reziduálnych monomérov, zhoršenie fyzikálnych vlastností alebo tvorbu biofilmu v dôsledku nedostatočnej kvality povrchu.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť zubnému lekárovi:
V súlade so štandardnými postupmi v zubnom lekárstve musí zubný lekár zdravotníckou pomôckou pred vložením do ústnej dutiny očistiť. Zubný lekár musí poskytnúť pacientovi pokyny na primerané čistenie zdravotníckej pomôcky a sledovať pacienta na pravidelných návštevách, aby posúdil stav zdravotníckej pomôcky. Odporúčame čistenie mäkkou kefkou a neabrazívnou zubnou pastou.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zvýšenej tvorbe biofilmu alebo k zafarbeniu materiálu bázy protézy.

Skladovanie: Kvapalinu uskladňujte pri teplotách do 25 °C, pričom ju chráňte pred slnkom. Prášok uskladňujte pri teplote do 30 °C, pričom ho chráňte pred slnkom a vlhkosťou.

Všeobecné upozornenia pre zubného technika: Materiál nepoužívajte po dátume exspirácie. Dátum exspirácie je uvedený na obale. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tekutinu a prášok uchovávajte len v pôvodnom obale. Nepoužívajte, ak je primknutý obal poškodený. Vyhnite sa priamemu kontaktu pokožky s nevytvrdnutým materiálom a vdychovaniu pár. Po manipulácii s nevytvrdnutým materiálom si umyte ruky.